Komponentenwechsel und Pflegeabdeckung

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Ein Hersteller unterstützt ein Messgerät bis Ende 2034. Die Bibliothek für den Datenexport wird nur bis Ende Februar 2030 vom bisherigen Anbieter gepflegt. Der Hersteller zählt 46 ausgelieferte Gerätevarianten, die den Baustein verwenden. Das Ersatzpaket besteht die beschriebene Exportprobe für 44 Varianten. Zwei ältere Varianten nehmen den Ersatz aufgrund ihrer bestätigten technischen Anforderungen nicht an. Das Team hat für diese Varianten bisher weder eine gesicherte Eigenpflege noch einen bestätigten Ersatzplan.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Pflegeziel	Produktpflege bis Ende 2034	Komponentenpflege endet Februar 2030	Anschlussversorgung belegen
Variantenabdeckung	46 Varianten	44 passende Exportproben	2 Abhilfen offen
Bestandsbeleg	SBOM passend zur freigegebenen Lieferung	Ersatz für 44 dokumentiert	Freigabeumfang ausdrücklich begrenzen

Erwartetes Arbeitsergebnis

Restbestand je Produktvariante mit terminierter und wirksam abgenommener Abhilfe.

Betroffene Varianten anhand von Einbau- und Lieferbelegen bestätigen.

Wirksamkeit und Pflege des Ersatzstands je Gruppe belegen.

Offenen Rest vor Ablauf der bisherigen Pflege bearbeiten.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Legen Sie für beide offenen Varianten einen Vertrag bis Ende 2034 vor und ändern Sie die Paketzuordnung im Muster auf einen anderen Gerätetyp. Die vertragliche Pflege ist belegt. Der Produktbezug und die technische Wirksamkeit bleiben zu bestätigen.

Komponentenwechsel und Pflegeabdeckung

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Ordnen Sie auslaufende Pflege und belegte Ersatzversorgung allen tatsächlich betroffenen Produktvarianten zu.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Produktversion, betroffene Komponente und bestätigte Varianten

Abkündigung und erforderliches Produktpflegeende

Quelle der Ersatzkomponente und vorgesehene Pflege

Geprüfte Wirkung und Zugriff am konkreten Lieferstand

Offene Varianten mit Verantwortlichkeit und Frist

Komponentenwechsel und Pflegeabdeckung

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Sicherer Übergang, Ersatzpflege und aktualisierte Stückliste

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Entscheidung zur nachgewiesenen Versorgung aller Varianten

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin